



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET
HASTANESİ

20.10/2020 14.06 - 37150567 - 949 - E.612



00127279689

Sayı : 37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

Hastanemizin ihtiyacı olan DİYALİZ SU SİSTEMİ MİNERALİ Mal Alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	REÇİNE MİNERALİ	100	LİTRE		
2	AKTİF KARBON MİNERALİ	50	LİTRE		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:22.10.2020 10:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 90 (Doksan) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

e-imzalıdır.
Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: ayhan.cevik1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1425e071-681d-494c-883d-7bebe7c67d66 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK
TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65

REÇİNE ŞARTNAMESİ

- Kuvvetli asidik kation deęiřtirici tip reçine olacaktır
- TSE belgesine sahip olacaktır.
- Granül formunda olacaktır.
- Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
- Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
- Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
- Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
- Yükleme aęırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
- Spesifik çekim , nem Na⁺ formunda 1.27 olacaktır.
- Toplam deęiřtirme kapasitesi , Na⁺ formunda,ıslak,volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır
- Toplam deęiřtirme kapasitesi , Na⁺ formunda,kuru,kütlesel 4.5 eq/l min olacaktır.
- pH aralıęı 0-14 arası olacaktır.
- İki adet reçine tüpü için kullanılacak mineral miktarı 100 Lt olacaktır.

Kerem ARSLAN
Gevař Devlet Hastanesi
T.C.K.Y

Lukma TURAN
Hemşire
jhanatiro

AKTİF KARBON FİLTRE ŞARTNAMESİ:

- 1) Asitle yıkanmış granül aktif karbon içeren
- 2) Klordan ve diğer organik maddelerden kaynaklanan koku ve partikül giderimi ile pestisitlerin ve klorun giderilme, tarımsal ilaç kalıntıları, fenollü bileşikler, deterjan kalıntıları ve çeşitli boya maddelerini tutabilecek özellikte olmalı
- 3) Çalışma sıcaklığı maksimum 45 °c olan
- 4) Farklı 8x30 mesh size (dane boyutu 2,36mm-0,6mm) tutucu olmalıdır.
- 5) İyot numarası en az 900 veya daha yüksek olmalıdır.
- 6) Karbon tüpü için kullanılacak mineral miktarı 50 lt. olacaktır.

Kenan ARSLAN
Gevâş Devlet Hastanesi
T.K.K.

Lukma TULAN
Hemşire
Jokmatris