



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET
HASTANESİ

06.11.2020 11:24 - 37150567 - 949 - E.654



00128440676

Sayı : 37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

Hastanemizin ihtiyacı olan KOMPRESÖR BAKIM ONARIMI Alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKOMAK MARKA VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ BAKIM ONARIMI	1	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: 09.11.2020 09:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

e-imzalıdır.

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: ayhan.cevik1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 471e0b40-9d3a-4bc3-a8c3-46bb8ce14b43 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65

GEVAŞ DEVLET HASTANESİ

KOMPRESÖR BAKIM ONARIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 .Kompresör periyodik bakımında kullanılacak malzemeler aşağıda özellikleri belirtilen EKOMAK VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ/DMD-30C marka kompresöre uygun olmalıdır .

KOMPRESÖR ÖZELLİKLERİ

BAR: 10

KAPASİTE : 0,29

MOTOR : 2,2 KW

2. Bakım da kullanılacak parçalar minör bakım kitleri

a. Seperatör filtre 1 adet

b. Hava filtre 1 adet

c. Yağ filtresi 1 adet

d. Kayışlar 1 adet

3. Kompresörlerin genel bakımı ve temizliği yapılacaktır

4. Özel vidalı kompresör yağı ile yağ değişimi yapılacaktır.

5. Hava tankının otomatik tahliye sistemli selenoid valf takılacaktır.

6. Değişim yapılan bütün parçalar ve malzemeler teknik birime tam teslim edilecektir

7. Bakım için tek lif verecek firmalar sistem i görüp buna göre teklif verdikleri kabul edilecektir.

8. Bakımı yapılan kompresörler çalışır şekilde test edilip teslim edilecektir

9. Yüklenici ve İmalatçı firmaların ilgili cihazlarla alakalı hizmet yeterlilik , CE, ISO kalite belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

10. Cihazlarda bakım yapan firma elem anlarının işin ehli olduğunu gösterir Eğitim Sertifikalarını göstermek ve tekliflerinde de vermeleri gerekmektedir.

Hayati ESİN
GEVAŞ DEVLET HASTANESİ
Elektrik Teknisyeni
T.C. No: 27338523902

Ünal KILDIROĞLU
Tıbbi Sekreter