



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET
HASTANESİ

05.03.2021 14.20 - E-37150567 - 949 - 294



Sayı : E-37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA

Hastanemizin ihtiyacı olan BUHAR OTOKLAV CİHAZI BAKIM ONARIM Hizmet Alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ERYİĞİT MARKA BUHAR OTOKLAV CİHAZI 1 YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI	1	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: **10.03.2021 Saat 14:00**

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 7b6a6a3a-3985-455e-baca-ac90811167b1 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: ayhan.cevik1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65



GEVAŞ DEVLET HASTANESİ

1 ADET ERYİĞİT MARKA ERS 5512D MODEL 300 LT.ÇİFT KAYAR KAPAKLI BUHAR OTOKLAV CİHAZLARININ
1(BİR) YILLIK BAKIM-ONARIM HİZMETİ(PARÇASIZ)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.TEKLİF DOSYASINDA İSTENİLEN BELGELER

1.İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin Hizmet Yeterlilik Belgesi

B.PERİYODİK BAKIM / ONARIM GÜN VE SAATLERİ

1.Periyodik ve koruyucu bakımlar, cihazın bulunduğu kuruluşun ilgili birim sorumlusu, Biyomedikal Birimi ile ilgili bölüm sorumlusu ve ilgili firma sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatte yapılır.

2.Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek Biyomedikal Birimine yazılı olarak bildirir.

3. Sistemin Periyodik bakımı dört ayda bir yapılacaktır

C.SERVİS HİZMETLERİ

1.Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda hastanemiz teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. Cihazın bakımını yapan yüklenici firmanın 2 nüshalık servis formu teknik personel ile birlikte düzenlenir. Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihazın bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, hastanemiz teknik elemanının ve yüklenici firmanın servis elamanının imzaları olmalıdır


2.Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan programsal, elektronik veya mekanik parça işlevlerinin iptali gibi nedenlerden oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur bu durumda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.


3.Cihazda arızanın giderilmesi için herhangi bir parçaya ihtiyaç duyulursa yüklenici firma gerekli parçanın teknik özelliklerini belirten teknik servis raporu hazırlayarak idareye teslim eder. Hastane gerekli parçayı temin ettikten sonra yüklenici firmaya haber verir. Yüklenici firma 48 (2 gün) saat içerisinde parçanın montajını ücretsiz yapmakla yükümlüdür.

4.Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

5.Yüklenici, bakım faaliyetlerinde cihazın elektrik güvenlik testlerini yapmalıdır.

6.Arızanın acil giderilmesi gereken veya istenen durumlarda gerekli ise yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul eder. Ayrıca, yüklenici kendi isteği ile mesai saatleri dışında veya hafta sonu bayram ve resmi tatil günlerinde çalışırsa; arızayı giderme çalışmaları nedeniyle tatil günleri ve mesai saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya çalışma uzar ve mesai saatleri dışına taşarsa, bu mesai saatleri dışında çalışmalar için hiçbir şekilde ek ücret ödenmez, teknik personelin seyahat masrafları ve benzeri masrafları verilmez.


Ünal KILDIRIĞLU
Tıbbi Sekreter

sterilizasyon sorm. herşeyine
Leyla Arslan


7.Cihazda fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılır.

8.ünitede çalışan cihazların % 95 up-time çalışmayı gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

9. Cihazların periyodik bakımlarında aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılacaktır.

Pano ve otomasyon bölümü giriş çıkış prosedür takibi yapılacaktır.

Pano içerisinde bulunan kontaktör, termik, sigorta ve tüm bağlantıların kontrolü yapılacaktır.

Kumanda paneli, printer ve manometrelerin kontrolleri yapılacaktır.

Kapak ve göbek contalarının kontrolleri yapılacaktır.

Kayar kapak contalarının kontrolü ve temizliği yapılacaktır.

Hava kompresörü veya merkezi hava bağlantıları kontrolü yapılacaktır.

Jeneratör emniyet ventilinin basınç kontrolü ve referans ayarları kontrol edilecektir.

Jeneratör içi temizlenecek ve kireçlenme bulguları var ise yetkililere aktarılacaktır.

Sıvı seviye elektrotları ve şamandıra kontrolü yapılacaktır.

Rezistans, rezistans kabloları ve bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır.

Su motoru ve su motoru valfinin bağlantıları kontrol edilecektir.

Tahliye ve Sirkülasyon motoru bağlantıları kontrol edilecektir.

Vakum motoru ve vakum valfinin bağlantıları kontrol edilecektir.

Ceket doldurma ve kondens hattının kontrolü yapılacaktır.

Ceket emniyet ventilinin basın kontrolü ve referans ayarları kontrol edilecektir.

Cihazın buhar hattı, vakum hattı ve hava hattı kaçak kontrolleri yapılacaktır.

10.Servis hizmeti sonunda, cihazın çalışma performansı test edilerek cihaz çalışır vaziyette teslim edilir.

D.ARIZAYA MÜDAHALE

Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları arıza olarak kabul edilir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

1.Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazda arıza meydana gelmesi halinde, cihazın bulunduğu yerin yetkilisi, yükleniciyi telefon, fax veya e-posta ile bilgilendirir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayıtları esas alınır. Arıza bildirimini ardından, yüklenici en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihaza müdahale ederek arızanın nedenini tespit etmek ve arıza tespitini

Ünal KILBİ
Tıbbi Sekreter