



T.C.  
VAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Van Gevaş Devlet Hastanesi

Sayı : E-37150567-949  
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

### İLGİLİ FİRMA

Hastanemizin ihtiyacı olan DİYALİZ TIBBİ SARF MALZEME Alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

### İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-EVN SETİ YETİŞKİN	320	ADET		
2	BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDİK(5 LT)-BAZİK HEMODİYALİZ SOLUSYONU(6 LT) SETİ	200	TAKIM		
3	DİYALİZÖR SELÜLOZ MEMBRAN 1.8-1.9 m <sup>2</sup>	120	ADET		

### Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: **12.04.2021 Saat 13:30**

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 ( Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: a8cb5750-9c8e-46f2-b46d-d6ce87a18246 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: [ayhan.cevik1@saglik.gov.tr](mailto:ayhan.cevik1@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65



## ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A. ARTER SETİNİN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR.

1. Arter seti ucunda infüzyon hattı ( priming spike ve hattı ) bulunmalıdır. Bu hat yeterli uzunlukta ve klemplice olmalıdır. Priming Spike ucu koruyucu kapaklı olmalıdır.
2. Priming Spike üzerinde hava alma deliği olmalı, bu delik kapaklı olmalıdır. Priming Spike ele kolay oturmalı, işlem esnasında kullanıcıya rahatlık sağlamalı, ele acı hissi vermemeli, kırılmamalıdır.
3. Arter Yastığı Büyük olmalı, Kan geçişi esnasında çöküntü olmamalıdır.
4. Priming Spike ve arter yastığı arasında Enjeksiyon portu bulunmalı, Enjeksiyon portu aparatı üzerinde klemplice bir hat olmalıdır.
5. Arter hattında kullanılan klemplice tek tırnaklı ve rahat bükülebilir olmalıdır.
6. Arter yastığı ile Pompa Segment hattı arasında Arter İzalatör hattı olmalı, İzalatörler sete takılı ve sabit olmamalıdır.
7. Pompa Segment Çapı 6,3X9,8 mm üniversal olmalıdır. Tüm cihazlara rahatça takılıp çıkarılabilmelidir.
8. Pompa hattı bitiminde Heparin hattı olmalıdır. Yeterli uzunlukta ve klemplice olmalıdır.
9. Arter Drip Chamber cihaza rahat takılıp çıkartılabilmelidir. Tüm cihazlara rahatça takılıp çıkarılabilmelidir.
10. Setler tek kullanımlık olmalı, arter hattının uzunluğu uluslararası set standartlarına uygun olmalıdır.
11. Setin bağlantı kaynakları sağlam olmalıdır.
12. Cihaza ve diyalizöre bağlantı noktaları koruyucu kapaklı olmalıdır.
13. Arter hattı ayrı kağıt klemplice "steril paketlerde" ven hattı ile birlikte tek ambalaj içerisinde olmalıdır.

### B. VEN SETİNİN ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR

1. Diyalizör bağlantı noktası ile Ven Haznesi arasında enjeksiyon portu bulunmalıdır. Enjeksiyon portu mavi renkte olmalıdır.
2. Ven haznesi üzerinde, Ven İzalatör hattı bulunmalı, İzalatör hat üzerinde ve sabit olmamalıdır.
3. Ven drip-chamberde pıhtı tutucu süzgeç bulunmalıdır.
4. Ven setinde kullanılan klemplice tek tırnak ve rahat bükülebilir olmalıdır.
5. Ven seti bitiş ucunda bir sirkülasyon adaptörü bulunacaktır.
6. Setler tek kullanımlık olmalı, ven hattının uzunluğu uluslararası set standartlarına uygun olmalıdır.
7. Setin bağlantı kaynakları sağlam olmalıdır.
8. Cihaza ve diyalizöre bağlantı noktaları koruyucu kapaklı olmalıdır.
9. Ven Hattı ayrı kağıt klemplice "steril paketlerde" Arter Hattı ile birlikte tek ambalaj içerisinde olmalıdır.
10. Ven hattı üzerinde Klemplice Atık Torbası bulunmalıdır. Atık torbası bağlantı noktası koruyucu kapak olmalıdır.

### GENEL ÖZELLİKLER

1. Diyaliz setleri üniversal ve torbalı olmalı, (arteriyel ve venöz) ve ünitemizde kullanılmakta olan cihazlara uyumlu olmalıdır.
2. Arter-ven setleri steril olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi buhar, ısı ve ya ışın yöntemlerinden biri ile yapılmış olmalıdır.
3. Total kan hacmi 160 ml. üzerinde olmamalıdır.
4. Set üzerindeki İzalatörler fiziki muayeneye tabi tutulacaktır. İzalatör cihaza zarar vermemelidir. İzalatörlerde herhangi bir sızıntı olması halinde setler ihale dışı bırakılacaktır.
5. Atık torbası set içerisinde olmalıdır.
6. Set uçları diyalizörlere uyumlu olmalıdır.
7. Sterilizasyon tarihleri ambalaj üzerine tahrif edilmemiş olarak bulunmalıdır.
8. Sterilizasyon miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Denemek için hastaneye numune verilmelidir. Denenmeyen setler ihale dışı bırakılacaktır.
10. Arter ven setlerinin Ulusal veya Uluslar arası standarda uygunluk belgesi olmalıdır
11. Şartnameye uygun olmayan malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Paketin üzerinde setin referans numarası, UBB barkod no, Lot, sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi, saklama koşulları, Drip Chamber ölçüsü, kan dolum hacmi, ile drip chamber çapı, Türkçe kullanım talimatı ve diğer uyarıcı işaretler yer almalıdır.

Kenan ARSLAN  
Gevre Devlet Hastanesi  
T.K.K.X

Lubman Tuzer  
İmza