



T.C.  
VAN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET  
HASTANESİ

07/10/2021 14:38 - E-37150567 - 949 - 1159



00149616589

Sayı : E-37150567-949  
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA

Hastanemizin ihtiyacı olan DİYALİZ SARF TIBBİ MALZEME alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ 16G	600	TAKIM		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: 11.10.2021 Saat: 10:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 ( Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR  
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2522d900-1409-4842-a13a-c91472cc9102 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: [ayhan.cevik1@saglik.gov.tr](mailto:ayhan.cevik1@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65



## ARTER VE VEN FİSTÜL İĞNELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fistül iğneleri I inç ve 16G 25 mm olmalıdır.
2. Bir Arteriyel ve bir Venöz fistül iğnesi "takım" oluşturmaktadır.
3. Fistül iğnesi Buhar veya Gama steril olacaktır.
4. Tüp uzunluğu 30cm olacaktır ve klemp arter iğnesinde kırmızı, ven iğnesinde mavi bulanacaktır.
5. Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış yeterince esnek olmalı.
6. İğneler üzerinde tırnak ayarlı klemp ve kapak bulunmalıdır.
7. Arka iğnelerin ucu delikli olmalı, her iki üründe iğne bitimi pozisyon kelebeği bulunmalıdır.
8. İğne uçları uygun plastik muhafaza ile korunmalıdır ve şeffaf ambalaj içerisinde muhafaza edilmelidir Sterilizasyon güvenliği açısından Kağıt ambalaj kullanılmamalıdır.
9. Tüm üniversal ve özel Arter Ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
10. İğne uçları çift kesim, oval olmalıdır.
11. Arter ven fistül iğnesinde kurumun ihtiyacına binaen Sabit veya döner başlık özelliği bulunacaktır.
12. Fistül iğneleri aynı marka olmalıdır.
13. Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi fistül iğnesi üzerinde belirtilmelidir.
14. Sterilizasyon süresi üretim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl matlı olmalıdır.
15. Teklif veren firmalar en az 5 çift numuneyi ihale komisyonuna vereceklerdir.
16. Arter iğne deliği oval şeklinde olmalıdır.
17. Ultra elastik tüplerden imal edilmiş olmalıdır. Kırılmak olmaksızın rahatça bükülebilmelidir
18. İğneler irritasyon riskini belirgin ölçüde azaltmalıdır. Ve sürekli düz akım garantisi verilmelidir.
19. İğnelerin meydana getirdiği ağrı ve doku harabiyetini önemli ölçüde azaltmalıdır.
20. Kanatlardaki renk kodlaması fistül iğnesi hastanın şantında olsa bile kolaylıkla tespit edilebilir olmalıdır.
21. İğneler özenle yapılmış ince silikon katmanlı lümen olmalıdır.
22. İğneler eritrositlere zarar vermeden yüksek kan akım garantisi sağlamalıdır.
23. İğnelerin %10' u enfeksiyon riskini azaltmak için yapışmayan koruyucu kapak olmalıdır. Bu ürünü taahhüt etmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.
24. İğnelerin üzerinde kırmızı veya siyah oryantasyon noktaları olmalı, bu noktalar bir bakışta eğimin pozisyonunu gösterebilmelidir.
25. UBB kaydı olmalıdır.

Kerem ARSLAN  
Gevaş Devlet Hastanesi  
T.K.K.K.



Lukman Turan  
