



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET
HASTANESİ

05.03.2021 10.24 - E-37150567 - 949 - 290



00136049897

Sayı : E-37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ANESTEZİ CİHAZI BAKIM ONARIM Hizmet Alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MINDRAY MARKA ANESTEZİ CİHAZI 1 YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIM	1	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: **10.03.2021 Saat 10:00**

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5957108a-a3b9-40f5-883f-7b0b3fe142cc Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: ayhan.cevik1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65



GEVAŞ DEVLET HASTANESİ

MINDRAY MARKA ANESTEZİ CİHAZI BAKIM-ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (YEDEK PARÇA HARIÇ)

1-BAKIM-ONARIM KAPSAMI

1.1.Gevaş Devlet Hastanesinde bulunan MINDRAY marka WATO EX-65 model 1adet ventilatörlü monitörlü anestezi cihazının belirtilen şartlar dahilinde 6 (altı) ayda 1 (bir) defa olmak üzere toplam 2 (iki) defa parça hariç periyodik bakımları ve meydana gelen arızaların giderilmesi hususunu kapsar.

1.2. Teknik Özellikleri: MINDRAY marka anestezi cihazları ve üzerlerinde bulunan monitörler ve ventilatörler.(Seri No: DA-16101771)

2-BAKIM ONARIM VE KALİBRASYON HİZMETİ ESASLAR

2.1.Bakım hizmeti; düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım, kalibrasyon, arıza giderimi (onarım), gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Burada geçen;

Koruyucu Bakım: Sistemde meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistem performansını arttırmak, arıza ihtimalini azaltmak, sistemin ömrünü uzatmak ve etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapı lan temizleyici, koruyucu ve düzeltici nitelikte ve gerektiğinde monte etmeyi de kapsayan her türlü girişim ve kontroldür.

Onarım: Sistemin tümünün veya bir parçasının teknik prospektüslerinde belirtilen performans ve/veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve/veya bir hatanın ortaya çıkması durumunda, sistemin performans ve fonksiyonlarının gereken düzeye gelmesi için, firmanın yapacağı ve gerektiğinde parça monte etmeyi, yazılım ve donanımın da "update"ini de kapsayan, sistemin tam fonksiyonlu çalışır hale gelmesi için gereken her türlü işlemdir.

Yedek Parça: Sistemde arızanın giderilmesi, performansın artırılması ve tam kapasite çalışılması için değiştirilmesi zorunlu olan her türlü parçayı ifade eder.

Malzeme: Sistemin bakım ve onarımı esnasında gerekli olan bakım ve temizlik malzemesi ile koruyucu malzemeyi kapsar. Bu malzemeler, firma tarafından sözleşme süresi boyunca ücretsiz olarak sağlanacaktır.

2.2.Firma, sistemin devamlı çalışır durumda bulunması için cihazın her türlü aksamının koruyucu bakımını periyodik olarak yapacaktır.

2.3. Periyodik bakımlar, hastanenin belirlediği, hizmetin en az aksayabileceği gün ve saatlerde yapılacaktır. Periyodik bakımlar ve arıza ile ilgili bakım-onarım faaliyetleri, kurumca aksi istenmedikçe, hafta içinde normal mesai saatleri (08-16) içerisinde yapılacaktır. Ancak, çok acil durumlarda ve bakım-onarımın uzaması durumunda, hastanenin bilgisi ve isteği doğrultusunda, bu süre aşılabılır.

Ünal KILDIRIĞLI
Tıbbi Sekreter

2.4. Bakım ve kontrolde, yetki ve sorumluluk; bakımçı firmaya aittir. Hastane bakımçı firmanın her türlü çalışmalarında gözlemci bulunduracak, gözlemci elemanın istek ve tavsiyeleri bakımçı firma tarafından dikkate alınacaktır.

3-PERİYODİK BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON RAPORLAR

3.1. Bakımçı firma, periyodik bakımları sonunda hastaneye her 6 ayda bir yapılan bakımları gösteren bir rapor verecektir. Bu raporda uygulamalar net olarak görülecek, anlaşılır şekilde olacak ve hastane teknik elemanlarının ve cihaz kullanıcılarının imzasını ihtiva edecektir. Firmalar, sözleşme aşamasında; her 6 ayda bir periyodik bakımda yapılacak işlemleri gösterir bir form düzenleyerek, bu form için kurumca belirlenen onay alacaktır.

3.2. Bakımçı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı belirterek bir rapor düzenleyecek ve mutlaka kullanıcılara imzalatacaktır.

3.3. 6 ay sonunda, o dönem içinde yapılan periyodik bakıma ait form ve o ay içinde varsa arıza onarımına ait raporlar bir araya getirilerek; takip eden diğer ayda fatura edilecektir.

4-ARIZAYA MÜDAHELE ESASLARI

4.1. Mesai saatlerindeki arızanın giderilmesi: Ortaya çıkabilecek muhtemel bir arıza halinde bu durum derhal bakımçı firmaya telefon ile bildirilecek, firma ihbarı aldıktan sonra en geç 48 saat içerisinde arızanın giderilmesini sağlamak üzere tedbir almış olacaktır. Yedek parça gerektirmeyen durumlarda, cihaz en geç 24 saat içinde faal hale getirilecektir.

4.2. Gerekli olan yedek parçanın kurumca piyasadan teminini müteakip en geç 3 gün, firmadan siparişini müteakip en geç bir hafta, şayet ihtiyaç duyulan parça firmaca yurt dışından temin edilecekse, en geç 21 gün içerisinde cihaz faal hale getirilmek zorundadır. Firma tarafından temin edilen yedek parçalara, en az 12 ay garanti verilecektir. Cihazların gayri faal olduğu günler sözleşme süresine ilave edilecek veya idare isterse, o dönemki bakımdan kesilecektir.

4.3. Yukarı da 4.1 ve 4.2.'de belirtilen süreler aşıldığında, arıza ile ilgili onarım kurum tarafı ndan başka bir firmaya yaptırılıp gider sözleşme yapılan firmanın alacağından mahsup edilir.

4.4. Sistem günde 24 saat, haftada 7 gün kesintisiz çalıştırılacaktır.

4.5. Herhangi bir parça değiştirilmesine, yenilenmesine veya tamir edilmesine ilişkin tüm kararlar, firma ve hastane teknik servisince birlikte alınacaktır. idarenin tespit edeceği hata, eksik ve kusurlar da firmaca dikkate alınarak gereği yapılacaktır.

4.6. Gerekmesi halinde değiştirilmesi icap eden parçalar, bir teknik raporla hastaneye bildirilecek, bu teknik raporda kullanıcı ve hastane teknik servis yetkilisinin de onayı bulunacaktır.


Ünal KILDIRIOĞLU
Tıbbi Sekreter



5-DİĞER HUSUSLAR

5.1. Firmanın teknik servisinin gerektiğinde, 24 saat kendilerine ulaşılabilir olması gerekir.

5.2. Cihazın bakım-onarımı firma uhdesinde bulunduğu müddetçe firma elemanları ve firmanın bilgisi dışında hiç kimse arıza bakım ve onarıma müdahale etmeyecektir.

5.3. Periyodik bakım ve onarım esnasında bakımcı firmanın hatalarından kaynaklanan ve zarar gören sistemler, itirazsız bakımı firma tarafından bilabedel giderilecektir.

5.4. Değiştirilmesi gerek duyulan yedek parçaların, firma ve kurum tarafından yapılan tespitinden sonra, kurum fiyatı uygun görürse bakımcı firmadan, uygun bulmazsa piyasadan temin etmekte serbesttir. Bakımcı firma, kurumun temin ettiği yedek parçayı monte etmek, gerektiğinde kalibrasyonunu yapmakla mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti hastaneye ait olacaktır.

5.5. Cihazın bakım-onarımlarının tekniğe ve standartlara uygun olmamasından kaynaklanan her türlü kaza, zarar ve ziyanlardan dolayı, bakımcı firma doğrudan doğruya hastaneye karşı sorumlu olacaktır.

5.6. Yüklenici firma , bakım-onarım hizmetini başka bir firmaya devredemez.

5.7.Bakım esnasında:

Kanister kontrolü,Hipoxi koruma sistemi bakım kontrolü,

Mekanik ventilasyon modunda solunum devresi kaçak testi,

Anestezi monitörü bakımı ve ventilatör batarya testi,

Atık gaz sistemi ve basınç saati kontrolü,

Yardımcı O2 çıkışı kontrolü,

Vaporizatör testi ve Vaporizatör o-ring kontrolü,

Kanister valf disk kapakları ve o-ringleri kontrolü,

Flow sensör kalibrasyonu,

APL valf kontrolü,

Yılda bir kez bakım kiti değişimi mutlaka yapılmalıdır.

Bakım Kiti Değişimi (Bakım Kiti, Flow Sensörü-2 adet, Körük, Oksijen Sensörü, Su Tutucu, Sodalyn Sünger)

Ünal KILDIROĞLU
Tıbbi Sekreter

Anestezi Sorm. Tek.
Leyla ARSLAN