



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET
HASTANESİ

18/05/2021 13:45 - E-37150567 - 949 - 520



00140269423

Sayı : E-37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA

Hastanemizin ihtiyacı olan DİŞ SARF MALZEME Alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TUNGSTEN CARBİDE FREZ KLİNİK MİKROMOTORU İÇİN	5	PAKET		
2	DENTAL ENJEKTÖR 2ML 27G (GRİ) 40 MM DİSP. (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI	1000	ADET		
3	DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:25	5	PAKET		
4	DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:30	5	PAKET		
5	GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:25	5	PAKET		
6	GUTTA PERCHA 04 AÇILI NO:30	5	PAKET		
7	GEÇİCİ DOLGU MATERYALI, 25-30 GR	4	ADET		
8	SODYUM HİPOKLORİT ÇÖZELTİSİ (250 ML)	10	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: **21.05.2021 Saat 13:30**

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: b6cfb2b2-dcb8-47db-a389-25e94d9e8253 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

Telefon: Faks No: 6122066

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

e-Posta: ayhan.cevik1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Telefon No: (0 432) 612 20 65



TUNGSTEN CARBİDE FREZ ROND KLİNİK ANGULDURVA İÇİN TEKNİK ŞART NAMESİ

1. Mikromotor için rond türünde tungsten karbit yapısında frez olmalıdır.
2. Tungsten carbide alaşımından olmalıdır
3. 135 derecede steril edilebilmelidir.
4. Paslanma ve korozyona uğramamalıdır.
5. Paketlerde en az 6 adet bulunmalıdır.
6. UBB kaydı olmalıdır.

DENTAL ENJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Etilenoksit gazı ile sterilize edilmiş nontoksik 2 cc lik, 3 parçalı plastik contalı ve iğnesi dental normal uzunlukta ve incelikte, enjektör ile iğne bağlantısı sıkı olmalıdır.
2. Dental enjektörlerin iğnesi 0,40x50 mm ölçülerinde olmalıdır.
3. Pistonun uç kısmı silikonize kauçuk conta ilaveli olmalı ve conta mayi çekimi sırasında enjektörün içinde kalmayacak sıkılıkta olmalıdır.
4. İğne ile enjektör birbirine tam olarak yerleşmeli ve enjeksiyon sırasında iğne enjektörden ayrılmamalıdır.
5. Enjektör şeffaf plastikten ve içine çekilecek sıvılarla reaksiyona girmeyecek şekilde kimyasal yapısı itibariyle dayanıklı olmalıdır.
6. Ambalajın açılımında, ambalaj dizaynı enjektörün sterilitasını bozmamalıdır. Ambalajların kolay açılır olması gerekmektedir.
7. Plastik tek kullanımlık steril olmalıdır.
8. Enjektör ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
9. UBB kaydı olmalıdır.

GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endodontik tedavi sonrası ve okluzal restorasyonlarda geçici olarak
2. kullanılabilir.
3. Uygulamadan sonra kısa sürede sertleşmeli.
4. En az 25 gr 'lık olmalı.
5. Son kullanımı teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
6. UBB Kaydı olmalıdır.

Kenan ARSLAN
Gevaş Devlet Hastanesi
T.C.K.Y.

Metin Aktaş

GUTTA PERCHA 04 AÇILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Steril ambalajlı olmalıdır.Orijinal paketinde olmalıdır. Gutta Percha üzerinde mm'yi gösteren çizgiler olmalıdır.
2. Radyopak , standartlara tam uygun,sert ama kolay dolgu için yeterince esnek olmalıdır.
3. Steril ambalajlı olmalıdır.
4. CE belgeli olmalıdır.
5. Değişik uç kalınlıklarına sahip olmalıdır.
6. Ortam ışığından ve sıcaklığından etkilenmemelidir.
7. Orijinal paketinde olmalıdır.
8. Her pakette 60 adet olmalıdır.
9. Radyopak,standartlara tam uygun,sert ama kolay dolgu için yeterince esnek olmalıdır.
10. NO:25 ten 5 paket No:30 dan 5 paket olacak şekilde teslim edilecektir.
11. UBB kaydı olmalıdır.

SODYUM HIPOKLORİT ÇÖZELTİSİ (5000 ML) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 250 ml olmalıdır.
2. %5.25 Sodyum Hypoklorit ihtiva etmelidir
3. Kök kanal irrigasyonu için kullanılabilmesi
4. 250 ml 1 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:25 ve 30 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün NiTi alaşımından yapılmış olmalıdır
2. Ürün çoklu koniklik açısına sahip olmalıdır
3. Ürünün kronal genişletmeye yarayan eğelerinin bu genişletmeyi sağlamak amacıyla artarak artan koniklik açısına sahip olmalıdır
4. Ürünün apikal şekillendirmeye yarayan eğelerinin bu şekillendirmeyi sağlamak amacıyla azalarak artan koniklik açısına sahip olmalıdır
5. Ürünün Finisher tarzı eğelerinin en uç çapları ISO standardına göre 0.25 ve 0.30 mm çapında olacaktır
6. Renk halkası olan kanal eğelerin 25 mm'lik boyunda olacaktır.
7. Kanal eğelerinin optimal dönüş hızı 250 devir/dakika olacaktır.
8. Set içinde toplam 6 ege olacaktır.
9. Hasta ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal bandrol etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır.
10. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.
11. 135 derecede Steril edilebilir olmalı ve sterilizasyon da kararma olmamalıdır.

Kenan ARSLAN
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y.



Metin Aktaş

